

# 中国检验检疫科学研究院测试评价中心

编号：CNCA-22-05-030-0926

## 能力验证计划结果通知单

计划编号及名称：CNCA-22-05 食品接触材料及制品双酚 A 迁移量的测定

实验室名称：福建省产品质量检验研究院/国家塑料制品质量检验检测中心（福州）

实验室代码：CNCA-22-05-030

### 检测结果及评价

| 检测项目        | 样品      |    | 贵实验室结果<br>(mg/L) | 贵实验室检测方法         | 指定值<br>(mg/L) | z 值 |
|-------------|---------|----|------------------|------------------|---------------|-----|
|             | 编号      | 组别 |                  |                  |               |     |
| 双酚 A<br>迁移量 | 22-W525 | I  | 0.14             | GB 31604.10-2016 | 0.14          | 0.0 |

注：|z|≤2.0 为满意结果；2.0<|z|≤3.0 为可疑结果；|z|≥3.0 为不满意（离群）结果。

※更多信息请登录中国检科院测试评价中心能力验证平台 [www.acas.com.cn](http://www.acas.com.cn) 查看。

拟稿人：杨昭颖

审核人：余丽沁

签发人：

王倩

签发日期：2022 年 09 月 26 日