



中国认可
能力验证
PROFICIENCY TESTING
CNAS PT0031

能力验证合格实验室证书

编号: PT0031-2215-11

福建省产品质量检验研究院:

你实验室参加中国合格评定国家认可委员会能

力验证计划提供者组织的: PT0031-2215

工业用氢氧化钠主含量的测定 能力验证项

目, 其中, NaOH 含量 检测参数, 提

交的测试结果为满意结果, 特发此证。



宁波海关技术中心



中国认可
国际互认
能力验证
PROFICIENCY TESTING
CNAS PT0031

能力验证计划结果通知单

计划编号及名称: PT0031-2215 工业用氢氧化钠主含量的测定

实验室名称: 福建省产品质量检验研究院

实验室代码: PT0031-2215-11

测试项目	样品	实验室结果	指定值	能力评定标准差	Z 值
NaOH 含量, %(质量分数)	氢氧化钠	21.62	21.60	0.09	0.22

注: 1. $|Z| \leq 2$ 为满意结果。

$2 < |Z| < 3$ 为有问题结果, 有问题的结果在表中用 # 表示。

$|Z| \geq 3$ 为不满意结果, 不满意结果在表中用 § 标出。

2. “/” 表明实验室没有报名参加此项结果, 同时表明没有计算 Z 比分数。

3. 本结果通知单应与能力验证计划结果报告结合使用。



宁波海关技术中心
Ningbo Customs District Technology Center

