



中国认可
能力验证
PROFICIENCY TESTING
CNAS PT0031

能力验证合格实验室证书

编号: PT0031-2217-017

福建省产品质量检验研究院:

你实验室参加中国合格评定国家认可委员会能力验证计划提供者组织的: PT0031-2217

液体化工品 密度的测定 能力验证项目, 其中, 密度 (20°C) 检测参数, 提交的测试结果为满意结果, 特发此证。



宁波海关技术中心



中国认可
国际互认
能力验证
PROFICIENCY TESTING
CNAS PT0031

能力验证计划结果通知单

计划编号及名称: PT0031-2217 液体化工品 密度的测定

实验室名称: 福建省产品质量检验研究院

实验室代码: PT0031-2217-017

测试项目	样品	实验室结果	指定值	能力评定标准差	Z 值
密度 (20℃), g/cm ³	液体化工品	0.8465	0.8464	0.0002	0.50

注: 1. $|Z| \leq 2$ 为满意结果。

$2 < |Z| < 3$ 为有问题结果, 有问题的结果在表中用 # 表示。

$|Z| \geq 3$ 为不满意结果, 不满意结果在表中用 § 标出。

2. “/” 表明实验室没有报名参加此项结果, 同时表明没有计算 Z 比分数。

3. 本结果通知单应与能力验证计划结果报告结合使用。



宁波海关技术中心
Ningbo Customs District Technology Center

