



中国认可  
国际互认  
能力验证  
PROFICIENCY TESTING  
CNAS PT0002



## 能力验证计划结果通知单

计划编号及名称: **NIL PT-4624 金属维氏硬度测试 (国际比对)**

实验室名称: **福建省产品质量检验研究院**

实验室代码: **22**

测试项目	测试结果 $\bar{Y}$	标准值 $\mu_0$	$ \bar{Y} - \mu_0 $	示值最大允许 误差绝对值 $ E $	评价结论
<b>HV0.2</b>	<b>212</b>	<b>204</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>满意</b>

试验方法: GB/T 4340.1-2009 金属材料 维氏硬度试验 第1部分: 试验方法

试验人员: 徐明森

技术代码: ATM 005.1

注:

1.  $E$  为硬度计示值最大允许误差。
2.  $|\bar{Y} - \mu_0| \leq |E|$  为满意结果, 否则为不满意结果。
3. 能力验证计划结果通知单应与能力验证计划最终结果报告结合使用。

北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司

2024年11月19日

能力验证专用章





中国认可  
国际互认  
能力验证  
PROFICIENCY TESTING  
CNAS PT0002



## 能力验证结果证书

证书编号：NIL(2024)PT-4624-022

实验室名称：福建省产品质量检验研究院

实验室代码：22

计划名称：NIL PT-4624 金属维氏硬度测试（国际比  
对）

测试项目：HV0.2

评价结果：满意

详见能力验证计划结果通知单

北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司

2024年11月19日







中实国金国际实验室能力验证研究有限公司  
(中实国金国际实验室能力验证研究中心)  
China NIL Research Center for Proficiency Testing

NIL 能验字[2024]第 480 号

签发人: 唐凌天

## 关于 NIL PT-4624 能力验证计划结果处理的通知

各相关实验室:

由北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司组织实施的 NIL PT-4624 金属维氏硬度测试(国际比对)能力验证计划已经完成。现将本次能力验证计划的统计结果公布如下:

本次能力验证计划要求测试 HV0.2, 共有 51 个实验室参加, 其中 1 个境外实验室。为了更好地为实验室保密, 我们为每个参加实验室赋予了一个代码, 凡说明实验室的测定结果和能力评价时, 均以代码表示。

对于参加本次能力验证计划的实验室, 希望继续保持并进一步提高检测水平。请各实验室妥善保存参加本次计划的有关资料, 以作为实验室检测能力的证明。

另, 实验室可以在 2024 年 12 月 30 日以后登录 CUPT 能力验证平台(<http://shop.cupt.org.cn>), 在已完成的能力验证栏目中下载能力验证最终结果报告。

特此通知!

北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司

二零二四年十一月十九日

